



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO SAUDE E
PROMOÇÃO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO –
MS.**

Visitas na área da Saúde, realizada no Hospital de nosso Município, no dia 16 do maio de 2017.

Hospital Municipal constatações:

Administrativo

- Copiadora - (Não funciona e necessita de Reparos e Manutenção)
- Ar condicionado- (É necessário a aquisição, não possui no local)

Ambulância

- Peugeot – Atendimento somente nas proximidades urbana do município (atendimento interno). Sem condições de fazer viagem fora do município.
- Fiat Fiorino - Atendimento somente nas proximidades urbana do município (atendimento interno). Sem condições de fazer viagem fora do município.
- Hilux – Em condições de viagens, porem a tampa traseira não fecha esta amarada com um cinto de segurança. (Necessita de reparos e manutenção).

Refeitório

- Geladeira – (É necessário a aquisição, a geladeira existente no local esta sem condição de uso).
 - Armário – (as portas estão caindo, sendo que uma delas não abra, por este motivo é necessário a aquisição de um armário novo)
 - Liquidificador – (não esta triturando os alimentos, por esse motivo é necessária a aquisição de um liquidificador novo)
 - Tomadas – (necessário a instalação de tomadas identificando a 110 e 220, levando conta que atualmente os fios estão expostos, causando perigo de eletrocussão)
 - Toldo na Janela – (necessário a aquisição de toldo para a janela da cozinha, uma vez que a vidraça fica exposta ao sol)
 - Painéis de pressão – (A panela de pressão existente esta com defeito, sendo necessário a aquisição de uma panela nova)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

Banheiro Funcionários Masculino

- Chuveiro – (necessita de manutenção e reparos e aquisição de um chuveiro novo)
- Armário para armazenamento de pertences – (sem condições de uso, necessário a aquisição)
- Torneiro da pia – (necessita de manutenção e reparos)
- Descarga – (A descarga não funciona e necessita de manutenção e reparos)

Banheiro Funcionário Feminino

- Lâmpada (necessário a aquisição de 02 lâmpadas)
- Chuveiro (necessário a aquisição de dois chuveiros)
- Descargas (As descargas não funcionam e esta sem condição de reaproveitamento, sendo necessário a aquisição de duas descargas)

Setor Sala de Emergência

- Maca – (não é adequada, pois não tem a proteção lateral, sendo necessário a aquisição de uma maca própria para emergência)
 - Armário – (Não tem fechadura, sendo necessário reparos ou aquisição de um armário novo)
 - Papel Termossensível ECG – (esta faltando e sem o papel termossensível não é possível realizar os exames eletrocardiograma, sendo necessário a aquisição do mesmo)
 - Monitor Cardíaco – (Não esta medindo corretamente e saturação, sendo necessário fazer a manutenção e reparos no mesmo)
 - Desfibrilador - (faltam as pás descartáveis, sendo necessária a aquisição das mesma)
 - Oxímetro de pulso – (a leitura do oxímetro esta desregulada, sendo necessário a manutenção e reparos)
 - Ventiladores – (estão sem proteção da parte da frente, sendo necessário a manutenção e reparos de dois ventiladores)
 - Aspirador – (é muito antigo, defasado e sem condições de uso, sendo necessário manutenção e reparos)
 - Rede de oxigênio- (Esta com vazamento na sala de parto, sendo necessário fazer a manutenção e reparos do mesmo)
 - Ar condicionado (É necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que no local não tem ar condicionado)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

Consultório Médico 1

Funciona como sala de curativo e gesso.

- Ar condicionado – (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)
- Armário – (necessário a reparos e manutenção)
- Suporte para soro – (é necessária a aquisição de suporte para soro, uma vez que os existentes estão em péssimo estado, dificultando deslocamento dos pacientes até sanitários).

Consultório Médico 2

- Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)
- Banheiro – (Sem lâmpada, é necessária a aquisição de um lâmpada)
- Descarga – (necessário a manutenção e reparos, pois a mesma não esta funcionando)

Banheiro corredor para paciente

- Descarga – (com Defeitos, necessário reparos e manutenção)

Sala de medicação

- Falta farmacêutico

Sala de Triagem

- Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)
- Cadeira sem braçadeira- (é necessária a aquisição de uma cadeira com braçadeira, para aplicação de injeção etc...

Sala de inalação e medicação

- Aparelho de nebulização- (esta com defeito necessita de manutenção e reparos/ atualmente é utilizado oxigênio, sendo que não é correto)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

Sala de raio X

- Vazamento de Produto químico (necessário reparos e manutenção)
- O Aparelho não funciona adequadamente
- Adequação da sala para a instalação do novo aparelho já adquirido.
- Ar condicionado –(é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)

Laboratório

- Reagente- (é necessário a aquisição de reagente, uma vez, que não estão sendo efetuado nenhum tipo de exame por falta do mesmo)

Obs: Limpo e organizado

Recepção

- Registro de ponto de frequência (não esta emitindo o comprovante, necessita de reparos e manutenção)
- Bebedouro – (esta sem condições de uso, é necessário fazer aquisição de um bebedouro)
- Televisão-(é necessário fazer a aquisição de uma TV)
- Ar condicionado- (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)
- Porta de entrada (necessita de manutenção e reparos)
- Toldo (é necessário fazer a aquisição de um toldo, levando e conta que a falta do mesmo atrapalha o trabalho dos funcionários na recepção)

Banheiro Recepção

- Vaso Urinário Masculino com defeito (necessita de reparos e manutenção)
- Portas sem fechaduras (necessita de reparos e manutenção)

Rouparia

- Retirar o arquivo morto existente no Local, uma vez que o mesmo atrapalha e contamina os trabalhos dos funcionarios.
 - Lâmpadas- (necessita de uma lâmpada)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

Dormitório do médico de plantão

- Estudar uma forma correta de instalação do ar condicionado. Fiação esta com sobra, sendo necessária a padronização.
- Registro do vaso com vazamento (necessita de reparos e manutenção)

Farmácia

- Fiação (padronizar)
- Ventilador (quebrado, necessita de reparos e manutenção)
- Pia (não funciona, necessita de reparos e manutenção)
*Segundo informações tem medicamentos necessários para os pacientes

Lavanderia

- Máquina (necessita de manutenção e reparos).
- Lâmpada (disjuntor queimado, necessita de reparos)

Consultório Médico

- Trocar a atual sala do consultório médico para uma sala próxima ao dormitório do medico - (fazer as adequações necessárias da nova sala incluindo abertura de uma porta que dá acesso direto para o dormitório Médico)
Esta troca é necessária uma vez que a atual sala do consultório tem a janela voltada pra rua.
- Ar condicionado (é necessária a aquisição de um ar condicionado, uma vez que não tem ar condicionado existente no local)

Sala de esterilização

- Lâmpadas (Colocação de Lâmpadas).
 - Máquina Seladora (manutenção e reparos)
 - Falta material biológico
 - Autoclave (manutenção e reparos)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

Posto 2 (interno)

- Ventilador - (necessário a aquisição um ventilador)
- Armário - (necessário a aquisição de um armário)
- Inalador - (necessário a aquisição de um inalador)
- Armário próprio para medicamentos - (necessita da aquisição de um armário próprio para armazenamento de medicamentos)

Berçário

- Desativado

Isolamento

- Ventilador - (não funciona, necessita de reparos e manutenção)
- Falta oxigênio
- Cadeira de Roda – (necessário a aquisição de uma cadeira de rodas)

Sala de higienização

- Falta fechadura

Sala do Centro Cirúrgico

- Desativada (Por falta de profissional)

Vestuário masculino do Centro cirúrgico

- Não tem chuveiro

Vestuário Feminino do Centro Cirúrgico

- Descarga com defeito (necessita de reparos e manutenção)

Sala de Parto - Pré operatório.

- Caixa de descarga não funciona (necessita de manutenção e reparos)
 - Detector fetal (necessário a aquisição)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

Sala de Parto

- Desativada (Por falta de Profissional na área)

Enfermaria I

- Falta mesa de cabeceira
- Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
- Falta chuveiro no banheiro
- Ventilador com defeito

*É necessário que se faça a aquisição de todos esses equipamentos mencionados para que a enfermaria funcione adequadamente.

Enfermaria II

- Vaso sanitário com defeito (necessita de reparos e manutenção)
- Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
- Falta uma pia para lavar as mãos e papel toalha com suporte (é necessária a aquisição)

Enfermaria III

- Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
- Falta mesa de cabeceira (é necessária a aquisição)
- Suporte para soro com rodas (é necessária a aquisição)
- Vaso Sanitário (necessita de reparos e manutenção)
- Falta livros e brinquedos para as crianças internadas

Enfermaria III

- Falta mesa de cabeceira (é necessária a aquisição)
- Falta Escada para os pacientes subir na cama (é necessária a aquisição)
- Suporte para soro com rodas (é necessária a aquisição)

Necrotério

- Falta lâmpadas (é necessário colocar lâmpadas)
-



**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFEU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

Informação de plantonista

- Deixar um médico de sobre aviso.

Diante das constatações acima elencadas, esperamos ter atendido a solicitação mediante a ata da reunião realizada no dia 15 de maio de 2017.
